



TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCION
UNIDADES MEDICAS	VER NOTA	RIÑON DE 250 ó 500 cm/3




PERSPECTIVA


TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCION
UNIDADES MEDICAS	VER NOTA	RIÑON DE 250 ó 500 cm/3



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA SUPERIOR

<b>DIMENSIONES GENERALES</b>	A PAÑOS 	A EJES 	ACOT. CMS.	ESCALA GRAFICA:	FECHA 2004
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	-----------------	---------------



TIPO DE UNIDAD	CLAVE IMSS	DESCRIPCION
UNIDADES MEDICAS	VER NOTA	RIÑON DE 250 ó 500 cm/3

#### ESPECIFICACIONES

1. CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No. 22 MINIMO, ACABADO PULIDO SANITARIO CON VIVOS ACABADO PULIDO ESPEJO

#### NOTAS:

ACERO INOXIDABLE AISI-304

APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986:  
03.02a 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 06b 06c - 07.01 - 08.

CRITERIOS NORMATIVOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD EN LA FABRICACION DE MOBILIARIO:

LOS DOBLECES DEBERAN SER SIN DEFORMACIONES Y BIEN ALINEADOS SEGUN LOS RADIOS O ANGULOS DEL DOBLEZ.

EL PULIDO DEL ACERO INOXIDABLE DEBERÁ SER UNIFORME, DE BUENA CALIDAD TIPO SANITARIO CON LAS ESPECIFICACIONES QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO.

#### NOTA:

CLAVE IMSS	CAP.
513.790.0071	250 cm
513.790.0063	500 cm