

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE SALUD  
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 42452

Tipo de Área: EQUIPOS

Tipo Producto:	Equipo y mobiliario médico quirúrgico				
Código Externo:	42452	CT o CVT:	NO		
Clase de Riesgo:	A	Especialidad:			
Nivel de Atención:	1	Presentación:	unidad		
Registro Sanitario:	DNFD: NO	DDM:NO	LCRSP:NO	APA:NO	DEPA:NO
Fecha Creación:	*	Acta No.:			
Nota Institución:					
Última Actualización:	18 octubre 2010	Acta No.:			
Nota Institución:					
Fecha Inhabilitada:	21 abril 2017	Acta No.:	Acta No.38 de 04 abril de 2017		
Nota Institución:					
Inhabilitada por:					
Fecha Habilitada:	25 abril 2017	Acta No.:	Acta No.45 de 25-4-17		
Nota Institución:					
Fecha Corrección:	*	Acta No.:			
Nota Institución:					

Nombre Genérico:	CARRO DE CURACIONES HOMOLOGADO 24-5-06
Descripción:	<p>Carro de Curaciones de Acero Inoxidable, con las siguientes características y especificaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dos niveles.</li> <li>2. Protección en sus bordes o bordes romos</li> <li>3. Seis (6) frascos de florencia de vidrio transparente con tapa .</li> <li>4. Cuatro (4) o más frascos de vidrio/acero inoxidable con sus tapas de acero inoxidable</li> <li>5. Aros con su recipientes para colocar porta palangana y porta cubo.</li> <li>6. Una (1) mesita pequeña mayo con su soporte.</li> <li>7. Dos gavetas.</li> <li>8. Cuatro (4) ruedas, dos con frenos.</li> <li>9. Tamaño aproximado del carro: longitud de 600, ancho de 450 y altura de 850 mm</li> </ol>

Características y Especificaciones Técnicas:

REPÚBLICA DE PANAMÁ  
MINISTERIO DE SALUD  
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 42452

Tipo de Área: EQUIPOS

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: Documentos para revisar los expedientes:

- 1 Antecedentes de uso o
- 2 Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
  - a) FDA o TUV o CSA o CE, y adicional UL o IEC o ISO9000.
  - b) o que el cat logo original conste las certificaciones solicitadas.

Garantía de un (1) año mínimo a partir de la fecha de entrega en la unidad ejecutora peticionaria.  
El margen de tolerancia aproximado de las medidas del equipo puede ser de 2" de diferencia. Cumplir con estándares internacionales de aseguramiento de la calidad y comercialización

Descripción de Garantías

Garantía en Años: NO  
Garantía en Piezas: NO  
Garantía en Mano de Obra: NO

Requiere

Instalación:  
Mantenimiento:  
Catalogo en español: SI  
Manual en español:  
Capacitación:

Accesorios

Consumibles