

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 42826

Tipo de Área: EQUIPOS

Tipo Producto:	Equipo y mobiliario médico quirúrgico - Dispositivo Médico				
Código Externo:	CT o CVT:			SI	
Clase de Riesgo:	A	Especialidad:			Pediatría
Nivel de Atención:	1	Presentación:			Por unidad
Registro Sanitario:	DNFD: NO	DDM:NO	LCRSP:NO	APA:NO	DEPA:NO
Fecha Creación:	*		Acta No.:		
Nota Institución:					
Última Actualización:	20 marzo 2019	Acta No.:			63 de 20-3-19
Nota Institución:	102/DVTM de 13-2-19				
Fecha Inhabilitada:	21 abril 2017	Acta No.:			Acta No.38 de 04 abril de 2017
Nota Institución:					
Inhabilitada por:					
Fecha Habilitada:	25 abril 2017	Acta No.:			Acta No.45 de 25-4-17
Nota Institución:					
Fecha Corrección:	*		Acta No.:		
Nota Institución:					
Nombre Genérico:	CUNA CHICA				
Descripción:	Brinda seguridad y apoyo a diferentes tratamientos al paciente pediátrico.				

Características y Especificaciones Técnicas:

1. Fabricada en acero o acero con aluminio con acabado de pintura epóxica libre de plomo, o acero inoxidable resistente a desinfectantes y detergentes hospitalarios.
2. Bastidor o base que permita realizar, manualmente, las siguientes posiciones: trendelenburg, trendelenburg inverso, fowler y elevación de las piernas.
3. Barandales laterales con sistema de fijación ajustable, mínimo de tres posiciones o alturas.
4. Distancia entre varillas no mayor de 6 cm o su equivalente en pulgadas.
5. Que permita colocación de atril por lo menos en dos extremos de la cuna (cabecera y piecero).
6. Con atril telescópico.
7. Cuatro ruedas de caucho de 3 a 5 pulgadas de diámetro con dos frenos mínimo.
8. Colchón de espuma con cubierta de material impermeable y retardante al fuego, con no menos de 3" de grosor.
9. Área de dormir de 30 pulgadas de ancho a 44 pulgadas de largo con un margen de diferencia en las medidas de más/menos 6 pulgadas o su equivalente en centímetros.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 42826

Tipo de Área: EQUIPOS

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

Observaciones recomendadas para el pliego de cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de instalación y aceptación a satisfacción.
2. Un (1) ejemplar del manual de operación y funcionamiento en español
3. Un (1) ejemplar del manual de servicio técnico en inglés o español, debe incluir lista de partes.
4. Presentar programa de mantenimiento preventivo que brindar cada seis (6) meses o cuando lo solicite la Unidad Ejecutora, durante el periodo de garantía.
5. Brindar entrenamiento de operación de 4 horas mínimo, programadas, al personal usuario del servicio que tendrá a su cargo la operación del equipo.
6. Brindar entrenamiento de mantenimiento y reparación de 4 horas mínimo, al personal de Biomédica o Mantenimiento.
7. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido.
8. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un periodo de 7 años mínimo.

HOMOLOGADA 16-6-06

Descripción de Garantías

Garantía en Años:	SI
Garantía en Piezas:	SI
Garantía en Mano de Obra:	SI

Requiere

Instalación:	SI
Mantenimiento:	SI
Catalogo en español:	SI
Manual en español:	SI
Capacitación:	SI

Accesorios

Consumibles