

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 100154

Tipo de Área: EQUIPOS

Tipo Producto:	Equipo y mobiliario médico quirúrgico - Mobiliario				
Código Externo:	02020250	CT o CVT:	NO		
Clase de Riesgo:	A	Especialidad:			
Nivel de Atención:	2	Presentación:	Por unidad		
Registro Sanitario:	DNFD: NO	DDM:NO	LCRSP:NO	APA:NO	DEPA:NO
Fecha Creación:	10 julio 2008	Acta No.:			
Nota Institución:					
Última Actualización:	07 febrero 2011	Acta No.:			
Nota Institución:					
Fecha Inhabilitada:	21 abril 2017	Acta No.:	Acta No.38 de 04 abril de 2017		
Nota Institución:					
Inhabilitada por:					
Fecha Habilitada:	25 abril 2017	Acta No.:	Acta No.45 de 25-4-17		
Nota Institución:					
Fecha Corrección:	*	Acta No.:			
Nota Institución:					

Nombre Genérico: MESA CHICA PARA ANESTESIA.

Descripción: Mesa para anestesia, chica, de acero inoxidable quirúrgico fuerte, con una gaveta, tablilla inferior, cuatro ruedas de caucho conductivo con balineras, riel de protección en la tablilla superior. De 40.6 cm. de profundidad x 50.8 cm. de ancho x 81.4 cm. de alto (16 x 20 x 34 pulgadas).

Características y Especificaciones Técnicas:

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: Con garantía no menor de 6 meses, a partir de la fecha de entrega.
El margen de tolerancia aproximado en las medidas del equipo pueden ser hasta de 2" (pulgadas) de diferencia.
El equipo e instrumental de el salón de operaciones solo puede ser de acero inoxidable, ya que se utilizan soluciones y desinfectantes que los pueden deteriorar si están confeccionados de otro material.

Descripción de Garantías

Garantía en Años:	NO
Garantía en Piezas:	NO
Garantía en Mano de Obra:	NO

Requiere

Instalación:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 100154

Tipo de Área: EQUIPOS

Mantenimiento:

Catalogo en español: SI

Manual en español:

Capacitación:

Accesorios

Consumibles