

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 108104

Tipo de Área: EQUIPOS

Tipo Producto:	Equipo y mobiliario médico quirúrgico - Mobiliario				
Código Externo:	CT o CVT:			NO	
Clase de Riesgo:	Especialidad:			Uso General	
Nivel de Atención:	1			Presentación: Por unidad	
Registro Sanitario:	DNFD: NO	DDM:NO	LCRSP:NO	APA:NO	DEPA:NO
Fecha Creación:	23 diciembre 2020		Acta No.:	123 de 23-12-20	
Nota Institución:	Por el Subcomité 23-12-20				
Última Actualización:	*			Acta No.:	
Nota Institución:					
Fecha Inhabilitada:	*			Acta No.:	
Nota Institución:					
Inhabilitada por:					
Fecha Habilitada:	*			Acta No.:	
Nota Institución:					
Fecha Corrección:	*			Acta No.:	
Nota Institución:					

Nombre Genérico: ATRIL CON GANCHOS
Descripción: Para colocación de soluciones.

Características y Especificaciones Técnicas:

1. Atril:
 - 1.1. Material:
 - 1.1.1. De acero inoxidable.
 - 1.2. Entre dos (2) y cuatro (4) ganchos.
 - 1.3. Con pieza para ajuste de altura entre 45" y 95".
 - 1.4. Cerradura tipo tornillo para seguridad.
 - 1.5. Base entre 4 y 5 ruedas de caucho sólido

LA INSTITUCIÓN SOLICITARA LO QUE REQUIERA.

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: Observaciones sugeridas para el pliego de cargos:

1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción.
2. Certificación emitida por el fabricante de que el atril es nuevo no reconstruido.
3. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo con las necesidades de la Unidad Ejecutora.

Descripción de Garantías

Garantía en Años: SI

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 108104

Tipo de Área: EQUIPOS

Garantía en Piezas: SI

Garantía en Mano de Obra: SI

Requiere

Instalación:

Mantenimiento:

Catalogo en español: SI

Manual en español: SI

Capacitación:

Accesorios

Consumibles