

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: LABORATORIO CLÍNICO

Ficha Técnica: 61095

Tipo de Área: EQUIPO

Tipo Producto:	Equipo y mobiliario de Laboratorio	Especialidad:	
Código Externo:	CSS-04001991	Presentación:	POR UNIDAD
Clase de Riesgo:	A	Nivel Atención:	1
Sub-Grupo:	MISCELANEOS		
CT o CVT:	NO		
Registro Sanitario:	DNFD: NO DDM:NO LCRSP:NO APA:NO DEPA:NO		
Fecha de Creación:	*	Acta No.:	
Nota Institución:			
Última Actualización:	22 mayo, 2018	Acta No.:	53 del 23-8-2016, 45 del 22-05-2018.
Nota Institución:	1251-DPSS-DEB-16 del 17-8-2016, LCRSP/DIR/936/18		
Fecha Inhabilitación:	*	Acta No.:	
Nota Institución:			
Inhabilitada por:			
Fecha Habilitada:	*	Acta No.:	
Nota Institución:			
Fecha Corrección:	*	Acta No.:	
Nota Institución:			
Nombre Genérico:	SILLAS ALTAS AJUSTABLES DE 24 A 34 PULGADAS, ADAPTABLES A LA ALTURA DE LA MESA , HOMOLOGADO EL 6-3-07		
Descripción:	SILLAS ERGONOMÉTRICAS PARA REALIZAR TRABAJOS DIARIOS EN EL LABORATORIO CLÍNICO.		
Características y Especificaciones Técnicas:			

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: LABORATORIO CLÍNICO

Ficha Técnica: 61095

Tipo de Área: EQUIPO

1. Base de metal.
2. Tubular de acero platinado o cromado o de aluminio satinado con 5 patas con ruedas de 1 pulgada de ancho mínimo, con o sin freno debe tener un soporte para apoyar los pies hasta de 18 pulgadas.
3. Mecanismo neumático que permita fácilmente liberar la altura de forma tal que se ajuste a la requerida.
4. Con movimiento giratorio de 360 grados.
5. Respaldo con ajuste lumbar trasero.
6. Con perilla de ajuste para la parte lumbar, con mecanismo de inclinación ergonómica.
7. Asiento y respaldo de foam, uretano o poliuretano, de alta densidad con forro (o recubierto de poliuretano) de vinil de color oscuro no poroso, resistente a líquidos e impermeable.
8. Medidas del asiento: las mismas deben ajustarse aproximadamente a las medidas de la persona de 16 hasta 18.5 pulgadas de ancho x 14.5 a 17 de profundidad x 1.5 ó más pulgadas de grosor o espesor según el material.
9. Medidas de respaldo con soporte lumbar: De 15 a 18 pulgadas de alto x 12.5 a 16 pulgadas de ancho y desde 1.5 ó más pulgadas de grosor o espesor, según el material. Debe tener perilla para ajuste de área lumbar, respaldo ajustable con respecto al centro de la silla de unas 4 pulgadas hacia arriba y 4 pulgadas hacia abajo para comodidad del usuario.
10. Sin brazos.

Observaciones sugeridas PARA USO EN EL LABORATORIO CLÍNICO
para el pliego de cargos:

Garantías

Tiempo: 24 MESES
Piezas: 24 MESES
Mano de Obra: 24 MESES

Capacidad de brindar Mantenimiento

Preventivo: NO
Correctivo: NO

Capacitación Requerida

Personal Biomedica: NO
Usuarios: NO
Docencia: NO

Suministrar en Español

Catálogo: SI
Controles y Calibradores: NO
Manual Servicio: SI
Manual Usuario: NO
Carta de Respaldo del Fabricante: SI
El proveedor debe Contar con Taller y Piezas de Respuestos? SI

Incluye

Instalación:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: LABORATORIO CLÍNICO

Ficha Técnica: 61095

Tipo de Área: EQUIPO

Accesorios

Consumibles