

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 44069

Tipo de Área: MATERIALES

Tipo Producto:	Materiales e Insumos Médico quirúrgicos - Dispositivos Médicos				
Código Externo:	02001091	Fecha Vencimiento:			
Clase de Riesgo:	No Aplica	Especialidad:		Uso General	
Nivel de Atención:	1	Presentación:		POR UNIDAD	
CT o CVT:	NO				
Registro Sanitario:	DNFD:NO	DDM:NO	LCRSP:NO	APA:NO	DEPA:NO
Fecha Creación:	*	Acta No.:			
Nota Institución:					
Última Actualización:	02 agosto, 2018	Acta No.:		9 de 5-2-14/86 del 14-08-14/123 de 2-8-18	
Nota Institución:	084 DBN-DNPSS-14 de 27-1-14/Por el subcomité/Por el Subcomité 2-8-18				
Fecha Inhabilitada:	*	Acta No.:			
Nota Institución:					
Inhabilitada por:					
Fecha Habilitada:	*	Acta No.:			
Nota Institución:					
Fecha Corrección:	*	Acta No.:			
Nota Institución:					
Nombre Genérico:	ATRIL PARA BOMBAS DE INFUSION PARENTERAL				
Descripción:	Atril de material inoxidable tubular y resistente para Bombas Electrónicas de Infusión Parenteral, con las siguientes características y especificaciones:				

Características y Especificaciones Técnicas:

1. Base pesada.
2. Con 5 ruedas o más de fácil desplazamiento sobre cualquier superficie.
3. Regleta eléctrica con no menos de 4 salidas tipo hospitalario y con cubierta protectora.
4. Rueda giratoria de paciente con bandeja de utilidades.
5. Adaptador de bombas con 8 ganchos de acero inoxidable.
6. Atril telescópico que alcance 99" en forma extendida y 68" en forma comprimida
7. Agarradero para empujar el atril con la bomba

La institución solicitará el número de ruedas que requiera de acuerdo a su necesidad

La unidad solicitante debe establecer el número de bombas que desea colocar (1 hasta 4).

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 44069

Tipo de Área: MATERIALES

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: 1. Garantía de dos (2) años mínimo en piezas y mano de obra, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. 2. Certificación emitida por el fabricante de que el insumo es nuevo no reconstruido. 3. El tiempo de entrega debe ser establecido de acuerdo a las necesidades de la Unidad Ejecutora. HOMOLOGADO 18-8-06

Características

Empaque Primario: SI

Empaque Secundario: NO

Suministrar

Catálogo Español: SI

Accesorios

Consumibles