

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 48590

Tipo de Área: MATERIALES

Tipo Producto:	Materiales e Insumos Médico quirúrgicos				
Código Externo:				Fecha Vencimiento:	
Clase de Riesgo:	A			Especialidad:	Uso General
Nivel de Atención:	1			Presentación:	Unidad
CT o CVT:	NO				
Registro Sanitario:	DNFD: NO	DDM:NO	LCRSP:NO	APA:NO	DEPA:NO
Fecha Creación:	*			Acta No.:	
Nota Insttución:					
Última Actualización:	16 febrero, 2012			Acta No.:	
Nota Institución:					
Fecha Inhabilitada:	*			Acta No.:	
Nota Institución:					
Inhabilitada por:					
Fecha Habilitada:	*			Acta No.:	
Nota Institución:					
Fecha Corrección:	*			Acta No.:	
Nota Institución:					

Nombre Genérico: CARRO ABIERTO DE 3 NIVELES PARA TRANSPORTAR ENSERES Y OTROS , HOMOLOGADO EL 25-5-07

Descripción: ESPECIFICACIONES TECNICAS:
 1. Con bandeja sólida intermedia ajustable
 2. Bandeja superior con barandales de tres lados
 3. Con 4 ruedas de 5" de los cuales una lleva freno.
 4. Dimensiones: 42" largo x 29" ancho x 39.25" altura
 5. de acero inoxidable tipo 300, no magnético
 6. Con defensa alrededor de la base
 Documentos para revisar los expedientes:
 1. Antecedentes de uso o
 2. Certificado de calidad, presentar alguna de las siguientes certificaciones:
 a. FDA o TUV o CSA o CE y adicional UL o IEC o ISO.
 b. O que en el catálogo original conste las certificaciones solicitadas.

Características y Especificaciones Técnicas:

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD
Comité Técnico Nacional Interinstitucional



Grupo: MEDICO - QUIRÚRGICO

Ficha Técnica: 48590

Tipo de Área: MATERIALES

Observaciones sugeridas para el pliego de cargos: OBSERVACIONES SUGERIDAS PARA EL PLIEGO DE CARGOS PARA LA EMPRESA PROVEEDORA QUE SE LE ADJUDIQUE: 1. Garantía de dos (2) años mínimo, a partir de la fecha de aceptación a satisfacción. 2. Certificación emitida por el fabricante de que el equipo es nuevo no reconstruido. 3. Certificación del fabricante en donde confirmen la disponibilidad de piezas de repuestos por un período de 7 años mínimo. 4. Tiempo de entrega debe ser definido por la Unidad Ejecutora solicitante.

Características

Empaque Primario: NO

Empaque Secundario: NO

Suministrar

Catálogo Español: SI

Accesorios

Consumibles